

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 | 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）			异常（ ☐ ）		
设计处理能力（m³/d）	200		实际处理能力（m³/d）		200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站				
	是否正常	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）		
	耗电量（kwh）	2821				
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠				
	加药时间	2024年1月8日	2024年1月9日			
	加药量（t）	0.60	0.45			
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）		不正常（ ☐ ）		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）		
	产生量	3333.57	416.87	10.82		
	集中委托处置量（kg）	3761.26				
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司				
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	5897.21	处理量（m³/d）	5897.21		
异常情况和问题处理记录： 2024年1月份污染防治设施运行正常，无异常情况，无组织废气、废水、噪声均按照排污许可证相关要求开展自行监测，无超标、漏排情况。固体废物外运（医疗废物）均由大理丰顺医疗废物处置有限公司处置，台账记录完整。						

制表：保飞

审核人：李华

时间：2024年 2月 8日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 2 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）			异常（ ☐ ）		
设计处理能力（m³/d）	200		实际处理能力（m³/d）		200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站				
	是否正常	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）		
	耗电量（kwh）	2639				
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠				
	加药时间	2024年2月6日	2024年2月23日			
	加药量（t）	0.375	0.475			
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）		不正常（ ☐ ）		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）		
	产生量	2545.51	272.51	8.36		
	集中委托处置量（kg）	2826.38				
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司				
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	6771.74	处理量（m³/d）	6771.74		
异常情况和问题处理记录： 2024年2月份污染防治设施运行正常，污水按照排污许可证相关要求开展自行监测，无超标、异常排放情况，医疗废物及时处置2826.38kg。						

制表：

保飞

审核人：

李华

时间：2024年 3 月 14 日。

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 3 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）				异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）	200		实际处理能力（m³/d）		200	
设备运行记录	设备名称		污水处理站			
	是否正常		正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
	耗电量（kwh）		2700			
辅料（药品）消耗记录	辅料名称		次氯酸钠			
	加药时间		2024年3月8日		2024年3月26日	
	加药量（t）		0.650		0.425	
	投药情况		正常、自动投药 ☒		不正常（ ☐ ）	
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质		感染性医疗废物（kg）		损伤性医疗废物（kg）	
	产生量		3601.72		467.3	
	集中委托处置量（kg）		4084.36		15.34	
	委托处置处置去向		大理丰顺医疗废物处置有限公司			
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）		5431.46		处理量（m³/d）	
5431.46						
异常情况和问题处理记录： 2024年3月份污染防治设施运行正常，自行监测按照排污许可证相关要求开展自行监测，无异常情况，医疗废物集中处置量为4084.36kg，无泄露，无流失情况。						

制表： 保飞

审核人： 李华

时间：2024年 4 月 9 日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 4 月

企业生产情况	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）	200	实际处理能力（m³/d）	200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常（ ☒ ）异常（ ☐ ）		
	耗电量（kwh）	2700		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2024.4.7	2024.4.25	
	加药量（t）	0.55	0.60	
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）不正常（ ☐ ）		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）
	产生量	3013.73	417.94	18.82
	集中委托处置量（kg）	3450.49		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	3847.77	处理量（m³/d）	3847.77
异常情况和问题处理记录： 2024年4月份污染防治设施运行正常，自行监测数量、频次、种类均按照排污许可证及相关要求进行，无超标排放；医疗废物委托大理丰顺医疗废物处置有限公司集中处置，共处置3450.49kg医疗废物。无异常及其他异常情况				

制表：陈飞

审核人：李军

时间：2024年 5 月 9 日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 5 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）	200	实际处理能力（m³/d）	200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常（ ☒ ）异常（ ☐ ）		
	耗电量（kwh）	2750		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2024年5月7日	2024年5月20日	2024年5月30日
	加药量（t）	0.575	0.475	0.50
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）不正常（ ☐ ）		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）
	产生量	3335.31	513.89	10.25
	集中委托处置量（kg）	3859.55		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	4330.72	处理量（m³/d）	4330.72
异常情况和问题处理记录： 2024年5月份污染防治设施、设备运行正常。污水自行监测种类、数量、频次、均按照排污许可证相关要求执行，无超标、漏排、篡改数据行为；医疗废物委托大理丰顺医疗废物处置有限公司进行集中处置，本月共集中处置3859.55kg，无泄露，无其他异常情况。				

制表：

保飞

审核人：

李辉

时间：2024年 6 月 5 日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 6 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）				异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）	200		实际处理能力（m³/d）		200	
设备运行记录	设备名称		污水处理站			
	是否正常		正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
	耗电量（kwh）		2700			
辅料（药品）消耗记录	辅料名称		次氯酸钠			
	加药时间		2024年6月11日		2024年6月24日	
	加药量（t）		0.525		0.50	
	投药情况		正常、自动投药（ ☒ ）		不正常（ ☐ ）	
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质		感染性医疗废物（kg）		损伤性医疗废物（kg）	
	产生量		3138.56		429.55	
	集中委托处置量（kg）		3580.40		12.29	
	委托处置去向		大理丰顺医疗废物处置有限公司			
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）		4129.35		处理量（m³/d）	
4129.35						

异常情况和问题处理记录：
2024年6月份污水处理设施、设备运行正常，污水自行监测种类、数量、频次均按照排污许可证相关要求开展自行监测，无超排、漏排，自行监测委托大理仁和源健康咨询有限公司开展。
医疗废物按照相关管理制度严格管理，无泄露、流失情况，本月共集中委托大理丰顺医疗废物处置有限公司收集处置3580.40kg。

制表：[Signature] 2024年 月 日

审核：[Signature] 2024年 7月11日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 7 月

企业生产情况:	正常 (✓) 异常 ()			
设计处理能力 (m³/d)	200	实际处理能力 (m³/d)		200
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常 (✓) 异常 ()		
	耗电量 (kwh)	2790		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2024年7月15日	2024年7月22日	
	加药量 (t)	0.40	0.425	
	投药情况	正常、自动投药 (✓) 不正常 ()		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物 (kg)	损伤性医疗废物 (kg)	病理性医疗废物 (kg)
	产生量	3428.14	473.06	14.46
	集中委托处置量 (kg)	3915.66		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量 (m³/d)	4153.82	处理量 (m³/d)	4153.82
异常情况和问题处理记录: 2024年7月份污水处理设施运行正常. 污水监测频次. 种类均按规 排防污许可证进行监测, 无超标. 异常情况. 医疗废物集中由大理丰顺医疗废物处置公司处置, 共处置 3915.66kg. 无泄漏. 无异味情况.				

制表: 保飞

审核人:

时间: 2024年 8 月 5 日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 8 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）				异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）	200		实际处理能力（m³/d）		200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站				
	是否正常	正常（ ☒ ） 异常（ ☐ ）				
	耗电量（kwh）	2790				
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠				
	加药时间	2024年8月6日		2024年8月14日		2024年8月17日
	加药量（t）	0.55		0.60		0.50
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ） 不正常（ ☐ ）				
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）		损伤性医疗废物（kg）		病理性医疗废物（kg）
	产生量	3153.75		380.29		13.81
	集中委托处置量（kg）	3547.85				
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司				
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	4070.83		处理量（m³/d）	4070.83	
异常情况和问题处理记录： 记录：均按照相关标准处置医疗废物；污水处理站运行正常，无异常情况。						

制表：得飞

审核人：李华忠

时间：2024年 9 月 4 日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 9 月

企业生产情况：	总务科 正常 (✓) 异常 ()			
设计处理能力 (m³/d)	200	实际处理能力 (m³/d)		200
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常 (✓) 异常 ()		
	耗电量 (kwh)			
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2024年9月6日	2024年9月11日	2024年9月22日 2024年9月30日
	加药量 (t)	0.6	0.45	0.550 0.450
	投药情况	正常、自动投药 (✓) 不正常 ()		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物 (kg)	损伤性医疗废物 (kg)	病理性医疗废物 (kg)
	产生量	3065.6	287.65	12.68
	集中委托处置量 (kg)	3365.93		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量 (m³/d)	3761.98	处理量 (m³/d)	3761.98
异常情况和问题处理记录： 2024年9月份污染防治设施运行正常，各监测数据均达标，排放许可材料标准准进行监测；医疗废物集中由大理丰顺医疗废物处置有限公司集中处置，无违规，无异常运行正常。				

制表：保升

审核人：杨华

时间：2024年10月 16日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 10月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）	200	实际处理能力（m³/d）	200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常（ ☒ ）异常（ ☐ ）		
	耗电量（kwh）	2750		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2024年10月10日	2024年10月21日	2024年10月30日
	加药量（t）	0.475	0.575	0.5
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）不正常（ ☐ ）		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）
	产生量	842.19	277.17	10.9
	集中委托处置量（kg）	3130.26		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	4426.25	处理量（m³/d）	4426.25
异常情况和问题处理记录： 无				

制表：

保飞

审核人：

杨松

时间：2024年 11月 / 日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年 11 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）	200	实际处理能力（m³/d）	200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常（ ☒ ）异常（ ☐ ）		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2024年11月10日	2024年11月21日	
	加药量（t）	0.55	0.55	
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）不正常（ ☐ ）		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）
	产生量	2957.62	284.71	7.6
	集中委托处置量（kg）	3249.93		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	6754.72	处理量（m³/d）	6754.72
异常情况和问题处理记录： 无异常				

制表：保飞

审核人：李华

时间：2024年12月5日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2024年12月

企业生产情况:	正常 (✓) 异常 ()			
设计处理能力 (m³/d)	200	实际处理能力 (m³/d)		200
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常 (✓) 异常 ()		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2024年12月2日	2024年12月11日	2024年12月25日
	加药量 (t)	0.55	0.55	0.6
	投药情况	正常、自动投药 (✓) 不正常 ()		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物 (kg)	损伤性医疗废物 (kg)	病理性医疗废物 (kg)
	产生量	2379.28	365.68	13.12
	集中委托处置量 (kg)	2758.08		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量 (m³/d)	8340.533	处理量 (m³/d)	8340.533
异常情况和问题处理记录: 本月污染防治设施运行正常, 无异常情况.				

制表: 保飞

审核人: 杨电

时间: 2024年1月10日